MEDICAL DEVICES

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

DENTASEPT®

Spray 41 PRO

KULLANIM ALANLARI

Daldırma yoluyla dezenfeksiyonu yapılamayan invaziv olmayan tıbbi cihazların hızlı dezenfeksiyonu için solüsyon. Dentasept® Spray 41'in her hastadan sonra kullanımı çapraz kontaminasyon riskini önler.

AVANTAJLARI

- ✓ Yeni geliştirilmiş formülasyon
- ✓ Kullanıma hazır solüsyon
- ✓ İz bırakmadan hızla korur.
- ✓ Temas süresi: 5-15 dakika(gerekli etkinlik süresine bağlı olarak)
- ✓ Hoş mentol kokusu
- ✓ 1 dakika tüm zarflı virüslere karşı etkinlik[1]
- ✓ Aldehitsiz
- ✓ Tıbbi Cihaz Sınıf IIa (Modifiye edilmiş 93/42/EEC Direktifi)

20°C'DE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER

Bakterisit: EN 1040, EN 13727, EN 13697, NF T 72-281 - 5 dakika
MRSA: EN 13727 - 5 dakika.
Yeastisit: EN 1275, EN 13624, EN 13697, NF T 72-281 - 5 dakika
Fungusit: EN 1275, EN 13624, EN 13697 - 15 dakika
PRV(HBV model virüs), BVDV(HCV model virüs), Vaccinia virüs, Herpes virüs'e karşı etkinlik - 1 dakika

KİMYASAL İÇERİK

Etanol,N-(3-aminopropil)-N-dodesilpropan-1,3-diamin, didesildimetilamonyum klorid, eksipiyenler.

AMBALAJ

1 litre sprey şişe
5 litre bidon

[1] RKI: Robert Koch Enstitüsü enfeksiyon zincirini kırmak için "sınırlı virüsidal etkinlik"(begrenzt viruzid wirksam)aktivitesi olan dezenfektanların kullanılmasını önerir. RKI'ye göre sınırlı virüsidal etkinlik vacciniavirüs ve BVDV'ye karşılık gelmektedir.

D.M.D. Pavé du Moulin - 59260 LILLE - HELLEMMES | Tel: +33 3 20 67 67 67 | Fax: +33 3 20 67 67 68 | Web: www.anios.com

MEDICAL DEVICES

DENTASEPT® Spray 41 PRO

KULLANIM TALİMATI

Daldırma yoluyla dezenfeksiyonu yapılamayan invaziv olmayan tıbbi cihazların hızlı dezenfeksiyonu için solüsyon. Dentasept® Spray 41'in her hastadan sonra kullanımı çapraz kontaminasyon riskini önler.

KULLANIM ÖNCESİ

Uygun eldiven giyiniz.

KULLANIMI

1. KONTROL:Uygulama yapılacak alanın önceden temizlenmiş ve alkol ile geçimli olduğundan emin olun.
2. Uygulama yapılacak alana eşit bir şekilde püskürtün.(+/- 30ml/m² veya yaklaşık 10 spreyleme)
3. Dentasept®Spray 41 PRO uygulanan alanın önerilen süre boyunca nemli kalmasını sağlayın. gerekirse yeniden uygulayın.
4. Tıbbi cihaz cilt veya mukoza ile temas etmedikçe durulama gerekli değildir.



UYARILAR

Tehlikeli-kullanım önlemlerine uyunuz.
Tıbbi Cihaz Sınıf IIa, CE0459.
Kullanmadan önce etiket üzerindeki bilgileri okuyunuz.
+5°C ile +25°C aralığında saklayınız

Üretici firma: D.M.D.
Pavé du Moulin - 59260 LILLE - HELLEMMES
Tel: +33 3 20 67 67 67 Fax: +33 3 20 67 67 68 www.anios.com
İthalatçı firma: ANIOS DEZENFEKTAN TİC. VE SAN. A.Ş.
Melek Aras Bulvari Aromatik cd. no:59/3 - 34956 TUZLA - ISTANBUL
Tel:+90 (216) 347 55 52 Faks:+90 (216) 326 38 69 www.anios.com.tr

January 2016 - Photo non-contractual - 01/2016 - EN - B - 2473